



Серія АА

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 006393

№ **ОВ 070127**

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код 21721086

Видана

**КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» СУМСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ /КНП «ЦМКЛ» СМР/
40021, Сумська обл., місто Суми, вулиця 20 РОКІВ ПЕРЕМОГИ,
будинки 13**

(найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце проживання)

Ідентифікаційний код юридичної особи

05519480

На право провадження діяльності

**використання джерел іонізуючого
випромінювання**

(вид діяльності)

Місце провадження діяльності

**Сумська обл., місто Суми,
вулиця 20 РОКІВ ПЕРЕМОГИ,
будинки 13**

(адреса місця провадження діяльності суб'єкта або адреси його територіально відокремлених підрозділів, за якими провадиться діяльність)

Перелік документів, на підставі яких прийнято
рішення про видачу ліцензії

згідно з розділом 1

Технологічні процеси або види господарської
діяльності, в яких використовуються джерела
іонізуючого випромінювання

**діагностична та
інтервенційна радіологія
згідно з розділом 2**

Умови провадження діяльності

Дата видачі ліцензії

14

жовтня

2009 р.

Дата внесення змін

19

серпня

2022 р.

Строк дії ліцензії

з 14 жовтня 2009 р. по 14 жовтня 2029 р.

**Виконуючий обов'язки Голови –
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**

М.П.

Олег КОРИКОВ



Ліцензія оформлена на новому бланку з урахуванням змін:

від 10.10.2012, строк дії ліцензії продовжено на 3 роки (до 14.10.2015);
від 19.11.2015, строк дії ліцензії продовжено на 7 років (до 14.10.2022);
від 04.05.2016;
від 30.01.2018;
від 26.10.2018;
від 11.07.2019;
від 29.12.2020;
від 17.06.2021;
від 29.07.2021;
від 17.12.2021;
від 30.12.2021;
від 07.02.2022;
від 14.04.2022, строк дії ліцензії продовжено на 7 років (до 14.10.2029);
від 19.08.2022.

**Виконуючий обов'язки Голови –
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**

**Олег КОРИКОВ**



Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) має здійснюватися ліцензіатом згідно з Вимогами та умовами безпеки (ліцензійними умовами) провадження діяльності з використання ДІВ, затвердженими наказом Держатомрегулювання від 02 грудня 2002 р. № 125, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 р. за № 978/7266.

Розділ 1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії

- 1.1. Заяви: від 19.08.2009 № 4034 (вх. Східної держінспекції від 20.08.2009 № 721); від 27.08.2012 № 4125 (вх. Східної держінспекції від 05.09.2012 №1029); від 04.08.2015 № 01-22/3593 (вх. Східної держінспекції від 12.08.2015 №1002); від 24.02.2016 № 01-22/658 (вх. Східної держінспекції від 02.03.2016 № 497); від 21.11.2017 № 01-22/4673 (вх. Держатомрегулювання від 30.11.2017 № Л 859); від 13.08.2018 № 01-22/3015 (вх. Держатомрегулювання від 29.08.2018 № Л 683); від 03.05.2019 № 01-22/337 (вх. Держатомрегулювання від 22.05.2019 № Л 607); від 15.12.2020 № 01-11/4347 (вх. Держатомрегулювання від 17.12.2020 № Л 1188); від 05.05.2021 № 01-22/1397 (вх. Держатомрегулювання від 17.05.2021 № Л 923); від 14.07.2021 № 01-22/2282 (вх. Держатомрегулювання від 19.07.2021 № Л 1286); від 08.12.2021 № 01-22/3711 (вх. Держатомрегулювання від 14.12.2021 №Л 2210); від 23.12.2021 № 01-22/3874 (вх. Держатомрегулювання від 29.12.2021 Л 2375); від 17.01.2022 № 01-22/130 (вх. Держатомрегулювання від 25.01.2022 №Л 145); від 18.01.2022 № 01-22/136 (вх. Держатомрегулювання від 14.02.2022 №Л 281); від 17.06.2022 № 01-22/1027 (вх. Держатомрегулювання від 11.07.2022 №Л 691) та подані разом з ними документи.
- 1.2. Рішення Ліцензійної комісії Східної держінспекції (протоколи від 14.10.2009 № 44/2009, від 10.10.2012 №16/2012).
- 1.3. Накази: Східної держінспекції від 28.10.2015 № 20-Л, від 08.04.2016 № 05-Л; Держатомрегулювання від 30.01.2018 № 35, від 26.10.2018 № 435, від 11.07.2019 № 292, від 29.12.2020 № 555, від 17.06.2021 № 367, від 29.07.2021 № 459, від 17.12.2021 №1003, від 30.12.2021 №1052, від 07.02.2022 №116, від 14.04.2022 №273, від 19.08.2022 № 502.

Розділ 2. Умови провадження діяльності

2.1 Цією ліцензією дозволяється використання ДІВ в межах зазначених нижче параметрів:

- 1) комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Уролікс-EDR-750, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., 3 поверх, поліклініка № 1, відділення променевої діагностики, рентгенівський кабінет;
- 2) апарат рентгенівський діагностичний пересувний 9Л5, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ, 2 од., 3 поверх, поліклініка № 1, відділення променевої діагностики;
- 3) апарат рентгенівський діагностичний пересувний 8Л3 «Арман-1», максимальна прискорювальна напруга 80 кВ, 1 од., 1 поверх, стаціонарний корпус, приймальне відділення;
- 4) апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ, 1 од., 1 поверх, поліклініка № 1, рентгенівський кабінет;
- 5) комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., 3 поверх, поліклініка № 1, відділення променевої діагностики, рентгенівський кабінет;
- 6) рентгенографічна та флюороскопічна система МТО, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., 1 поверх, стаціонарний корпус, приймальне відділення, рентгенівський кабінет;
- 7) система рентгенівська діагностична С-подібна мобільна MCA PRIME, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, 1 од., 3 поверх, поліклініка № 1, відділення променевої діагностики;

- 8) цифровий та аналоговий рентгенодіагностичний комплекс ECLYPSE, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., 1 поверх, поліклініка № 1, травматологічний пункт, рентгенівський кабінет;
- 9) мобільна рентгенографічна система TMS4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ, 1 од., 1 поверх, поліклініка № 1, травматологічний пункт, рентгенівський кабінет;
- 10) мобільна рентгенографічна система TCA 6R, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ, 1 од., 3 поверх, головний корпус, стаціонар № 1, операційний блок;
- 11) система рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла SCENARIA View, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ, 1 од., 1 поверх, головний корпус, стаціонар № 1, приймальне відділення, кабінет комп'ютерної томографії;
- 12) мобільна рентгенівська система IMAX 7000A, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ, 1 од., 3 поверх, стаціонарний корпус, операційний блок;
- 13) система рентгенівська діагностична мобільна MAC, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ, 1 од., 3 поверх, поліклініка №1, відділення променевої діагностики;
- 14) система рентгенівська діагностична IMAX 160D, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., 3 поверх, поліклініка № 1, відділення променевої діагностики, рентгенівський кабінет.
- 15) мобільна система на основі С-дуги для флюороскопії та радіографії EUROAMPLI ALIEN CARDIO, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ, 1 од., 2 поверх, головний корпус, стаціонар № 1, операційний блок;
- 16) система рентгенівська ангіографічна стаціонарна цифрова Artis One, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., 1 поверх, головний корпус, стаціонар № 1, приймальне відділення, кабінет ангіографії.

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ, зазначеними у підпунктах:

1-15: отримання (придбання), експлуатація та зберігання;

16: отримання (придбання) та зберігання.

- 2.2. Ліцензіату дозволяється експлуатація ДІВ, зазначеного у підпункті 15 пункту 2.1., після підтвердження спроможності дотримуватись умов провадження заявленого виду діяльності та внесення відповідних змін до ліцензії.
- 2.3. Ліцензіат забезпечує реєстрацію придбаного ДІВ відповідно до Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, здійснення контролю та ведення обліку індивідуальних доз опромінення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1718.

Заступник директора Департаменту з безпеки радіаційних технологій та поводження з РАВ – начальник відділу безпеки ДІВ – державний інспектор



Антоніна МИШКОВСЬКА